

(別記2)

エックス線診療室において使用する診療用放射線照射装置
の防護措置

診療用放射線 照射装置	装備する放射性同 位元素の種類	リン-32	有・無	
		イットリウム-90	有・無	
		ストロンチウム-90/イットリウム-90	有・無	
		その他	有・無	
当該放射線治療を受けている患者 以外の患者の被ばく線量	3月間につき1.3 ミリシーベルトを 超えるおそれ	<input type="checkbox"/> 無		
		有	放射線治療 病室	有・無
エックス線に対する放射線防護のほか、診療用放射線照 射装置による放射線診療従事者等の被ばく線量の低減を 図るための適切な防護措置		有・無		
エックス 線診療室 の内装の 状況	建築条件	突起物	くぼみ	目地の すきま
	場所			
	天	井	有・無	有・無
	床		有・無	有・無
	壁		有・無	有・無
そ	の	他	有・無	有・無
診療用放射線照射装置の使用後において、紛失や放置を 確認するための使用場所等の線量測定に用いる放射線測 定器		有・無		
保管簿の記帳等による当該診療用放射線照射装置の数量 の確認		有・無		
エックス線診療室における診療用放射線照射装置を使用 する場合の取扱及び管理等に関し、放射線防護に関する専 門知識を有する医師、歯科医師又は診療放射線技師等の中 から選任した管理責任者		無		
		有	管理責任者	
			職 種	氏 名
当該診療用放射線照射装置の管理体制を明確にする組織 図		有 (別添のとおり)・無		

(注) □欄には該当するものを■で表示すること。